



**УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА
ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВЕТИ ГЕОРГИ” ЕАД**

Пловдив, бул. „Пещерско шосе” 66, Централа: +359 32 264 170, Факс: +359 32 644 058



Утвърдил:.....
ПРОФ. Д-Р КАРЕН ДЖАМБАЗОВ, Д.М.
Изпълнителен директор

ОКОНЧАТЕЛЕН ДОКЛАД

От Комисията, назначена със Заповед №846 от 28.12.2017 г.
на Изпълнителния директор на УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД

УВАЖАЕМИ ПРОФ. ДЖАМБАЗОВ,

С настоящия Ви докладваме за работата на горепосочената комисия, назначена за извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на офертите по обществена поръчка с предмет: „Доставка на перфузори и инфузомати за нуждите на УМБАЛ Свети Георги ЕАД”, открита с Решение №779/17.11.2017 г., както следва:

1. Състав на комисията, включително промените, настъпили в хода на работа на комисията

Комисията заседава в състава, определен с Ваша заповед №846 от 28.12.2017 г., а именно:

Председател: Момчил Мавров – Зам. - директор „АИВ” в УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД

Членове:

1. Тенчо Василев – Гл. юрисконсулт и Н-к отдел „ПООП”
2. Инж. Иван Русев – инженер медицинска техника

Резервни членове:

3. Теодор Пещерски - юрисконсулт
4. Христо Петков – специалист ОП в отдел „ПООП”

2. Номер и дата на заповедта за назначаване на комисията, както и заповедите, с които се изменят сроковете, задачите и съставът ѝ

Комисията беше назначена с Ваша заповед №846 от 28.12.2017 г. и впоследствие не са извършвани промени на сроковете, задачите и състава ѝ.

3. Кратко описание на работния процес

Комисията изпълни задачите си в периода 28.12.2017 г. – 15.02.2018 г., като беше спазен предвидения ред за провеждане на процедурата и действията на комисията, съгласно ЗОП и ППЗОП. Заседанията на комисията се извършваха по график, определен от председателя на комисията. Всички решения на комисията бяха взети с пълно мнозинство и не бяха изказани особени мнения.

4. Кандидатите и участниците в процедурата

Участници в поръчката са:

„Новимед Кардио“ ЕООД
„Соломед“ ЕООД
„Агарт-ЦМ“ ЕООД
„Марвена“ ООД
„Про Фармация“ ЕООД

5. Действията, свързани с отваряне, разглеждане и оценяване на всяка от офертите, заявленията за участие и проведените преговори

Офертите на участниците бяха отворени в публично заседание на комисията в посочените време и място в обявлението на поръчката. При отварянето не присъстваха представители на участниците в процедурата, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Офертите бяха разгледани при спазване на предвидения за това ред в Глава V, раздел VIII от ППЗОП, общите правила на ЗОП и условията на поръчката.

Оценяването на офертите бе извършено по критерия „Оптимално съотношение качество/цена“, в съответствие с изискванията на чл. 70, ал.2, т. 3 от ЗОП. Стриктно беше приложена методиката за оценка от условията на поръчката.

6. Класиране на участниците, когато е приложимо

Като приложи методиката за оценка, комисията класира участника, както следва:

За обособена позиция №1:

Първо място - „Агарт-ЦМ“ ЕООД
Второ място - „Соломед“ ЕООД

За обособена позиция №2:

Първо място - „Агарт-ЦМ“ ЕООД
Второ място - „Соломед“ ЕООД

За обособена позиция №3:

Първо място - „Про Фармация“ ЕООД
Второ място - „Соломед“ ЕООД

За обособена позиция №4:

Първо място - „Про Фармация“ ЕООД
Второ място - „Соломед“ ЕООД

За обособена позиция №5:

Първо място - „Агарт-ЦМ“ ЕООД

7. Предложение за отстраняване на кандидати или участници

7.1. „Новимед Кардио“ ЕООД за всички обособени позиции;

7.2. „Агарта-ЦМ“ ЕООД в частта за обособена позиция №3 - Доставка на перфузори и обособена позиция №4 - Доставка на инфузомати;

7.3. „Марвена“ ООД за всички обособени позиции.

8. Мотиви за допускане или отстраняване на всеки кандидат или участник

Участниците в процедурата са допуснати предвид установено спазване на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, а така също и спазване на останалите изисквания на поръчката, в т.ч. съответствие с техническата спецификация.

8.1. Мотиви за отстраняване на „Новимед Кардио“ ЕООД:

След като разгледа техническите предложения на участника и провери за съответствието им с предварително обявените условия, Комисията установи, че участникът **не** е представил всички необходими документи, съгласно изискванията от документацията за участие, като констатира несъответствие с предварително обявените условия от възложителя, както следва:

8.1.1. Участникът не е представил Декларация за СЕ-маркировка върху медицинското изделие, в съответствие с изискванията на чл. 8 и чл. 15 от ЗМИ, вписана като приложима към техническото предложение на участника съгласно раздел IV, Буква „Б“, т.1.3. от „Условия за участие и провеждане на процедурата“ – Приложение №1 от документацията за участие. Липсата на посочения документ е установена както по отношение на техническите предложения за всички обособени позиции, за които е подадена офертата, така и в описа на документите, представен от участника.

С оглед констатираното несъответствие с предварително обявените условия от възложителя и на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП Комисията предлага за отстраняване от процедурата участника **„Новимед Кардио“ ЕООД**.

8.2. Мотиви за отстраняване на „Агарта-ЦМ“ ЕООД:

След като разгледа техническите предложения на участника и провери за съответствието им с предварително обявените условия, Комисията установи, че участникът е представил всички необходими документи, съгласно изискванията от документацията за участие и приложените образци.

Комисията констатира несъответствия с минималните технически и функционални изисквания от спецификацията на възложителя, както следва:

За обособена позиция №3

- В техническата спецификация за обособената позиция по отношение на показателя „Режим "в готовност" (Standby)“ възложителят е посочил минимално техническо изискване „Възможност за отлагане на инфузията до 24 часа със стъпка от 10 минути“. Видно от техническото предложение на участника е, че предложеният от него перфузор модел Argus A616S на производителя Codan предоставя „Възможност за отлагане на инфузията **от 1 до 60 минути**“, което представлява несъответствие с минималните технически и функционални изисквания от спецификацията на възложителя;

- В техническата спецификация за обособената позиция по отношение на показателя „История и регистър на събитията“ възложителят е посочил минимално техническо изискване „Запаметяване на минимум 1500 събития, регистриране на време на събитието“. Видно от техническото предложение на участника е, че предложеният от него перфузор модел Argus A616S на производителя Codan предоставя възможност за

него перфузор модел Argus A616S на производителя Codan предоставя възможност за Запамяване на 1000 събития, с регистриране на време на събитието“, което представлява несъответствие с минималните технически и функционални изисквания от спецификацията на възложителя;

С оглед констатираните несъответствия с предварително обявените условия от възложителя и на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП Комисията предлага за отстраняване от процедурата участника „Агарта-ЦМ“ ЕООД в частта ѝ за обособена позиция №3 - Доставка на перфузори.

За обособена позиция №4

- В техническата спецификация за обособената позиция по отношение на показателя „Граница на налягането за оклузия“ възложителят е посочил минимално техническо изискване „Стойности на нивото на налягане за регистриране на оклузия - предварително дефинирани степени в минимален диапазон 20 – 115 kPa при стъпка 10 kPa или в еквивалентна мерна единица, и автоматично прекъсване на инфузията при достигането на тези стойности“. Видно от техническото предложение на участника е, че предложеният от него инфузомат модел Argus A717V на производителя Codan. Предоставя „Стойности на нивото на налягане за регистриране на оклузия - предварително дефинирани степени в диапазон 10 - 100 kPa при стъпка 10 kPa и автоматично прекъсване на инфузията при достигането на тези стойности“, което представлява несъответствие с минималните технически и функционални изисквания от спецификацията на възложителя;

С оглед констатираните несъответствия с предварително обявените условия от възложителя и на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП Комисията предлага за отстраняване от процедурата участника „Агарта-ЦМ“ ЕООД в частта ѝ за обособена позиция №4 - Доставка на инфузмати.

8.3. Мотиви за отстраняване на „Марвена“ ООД:

След като разгледа техническите предложения на участника, представени за участие по обособени позиции №№1, 2, 3 и 4, и провери за съответствието им с предварително обявените условия, Комисията установи, че участникът не е представил всички необходими документи, съгласно изискванията от документацията за участие и приложените образци.

Комисията констатира несъответствие в представените декларации за СЕ-маркировка върху медицинското изделие, в които е декларирано, че „предлаганите лабораторни реактиви и консумативи са сертифицирани и са с нанесена „СЕ“ маркировка върху медицинското изделие в съответствие с изискванията на чл.8 и чл.15 от ЗМИ“. Предвид декларираното е налице несъответствие на декларираните обстоятелства с предмета на обществена поръчка, а декларацията неотнормима към офертата на участника. В тази връзка, Комисията прие, че към техническото си предложение за всяка от позициите, за които е подадена офертата, участникът не е представил декларация за СЕ-маркировка върху медицинското изделие (перфузор/инфузомат съгласно предмета на поръчката), в съответствие с изискванията на чл. 8 и чл. 15 от ЗМИ, с оглед на което представената оферта не отговаря на предварително обявените условия на поръчката. Ето защо и на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП Комисията предлага за отстраняване от процедурата участника „Марвена“ ООД.

9. Предложение за сключване на договор с класирания на първо място участник или за прекратяване на процедурата със съответното правно основание

Предлагаме да бъде сключен договор за изпълнение на поръчката с класираните на първо място участници, както следва:

За обособена позиция №1 - „Агарта-ЦМ“ ЕООД

За обособена позиция №2 - „Агарта-ЦМ“ ЕООД

За обособена позиция №3 - „Про Фармация“ ЕООД

За обособена позиция №4 - „Про Фармация“ ЕООД

За обособена позиция №5 - „Агарта-ЦМ“ ЕООД

10. Описание на представените мостри и/или снимки, когато е приложимо:

Неприложимо.

Приложено Ви представяме всички документи, изготвени в хода на работа на комисията - протоколи и покана за отваряне на ценовите предложения.

Дата на представяне на възложителя: 16.02.2018 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

