

ПРОТОКОЛ № 2

Днес, на 04.12.2019г. в 09.30 часа в административната сграда на УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе № 66 се проведе заседание на Комисия, назначена със Заповед № 781 от 26.11.2019г. на Изпълнителния директор на УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, определена в състав:

Председател: Момчил Мавров – Зам.-директор „АИВ” и Членове: Тенчо Василев – Гл. юрисконсулт и Началник отдел „ПООП”; Христо Петков - специалист ОП в отдел "ПООП", Йордан Жилков – Началник отдел „МТ“ и Владимира Костова - юрисконсулт в отдел "ПООП".

Заседанието беше свикано от председателя на комисията, съгласно определен от него график.

I. Комисията продължи работата си с разглеждане на представените технически предложения на участниците в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка с предмет: *„Доставка на ултразвуков апарат с необходимия софтуер и ултразвукови сонди за нуждите на специфичната дейност на Отделение по инвазивна кардиология при УМБАЛ Свети Георги ЕАД“, открита с Решение номер 731 от дата 04.11.2019 г.*

1. По отношение на офертата на "Соломед" ЕООД:

След като разгледа техническите предложения на участника, представени за участие в процедурата и провери за съответствието ѝ с предварително обявените условия, Комисията установи, че участникът е представил всички необходими документи, съгласно изискванията от документацията за участие и приложените образци, както и че не са налице несъответствия с минималните технически и функционални изисквания от спецификацията на възложителя.

II. Комисията продължи работата си с оценка на офертите на участниците, съгласно критерия за оценка *„Оптимално съотношение качество/цена” по показателя "Допълнителни функционалности за надграждане на системата", както следва:*

1. По отношение на офертата на "Соломед" ЕООД за СОП № 2:

П_{2.1} Наличие на капацитет на вградена системна памет от 2 ТВ - 5,6 т.

П_{2.2} Наличие на безжично прехвърляне на данни със системна антивирусна защита - 5,6 т.

П_{2.3} Наличие на устройство за подгряване на гела с цел по-голям комфорт на пациента - 5,6т.

П_{2.4} Наличие на софтуери за обемен анализ с количествен анализ на анатомията на дясна камера (RVA) и PISA анализ на клапни пороци с мигновено измерване на регургитационния отвор, базиран на анатомичните данни от цветния доплер при обемния образ - 5,6т.

П_{2.5} Наличие на моментално придобиване на пълен обем при поле на визуализация $\geq 90^\circ \times 90^\circ$ в рамките на един сърдечен цикъл за 4D (обемен) TTE трансторакален трансдюсер - 5,6 т.

Общата стойност на показателя П2 се формира като сбор от подпоказателите:

$$\mathbf{П\ 2} = П_{2.1} + П_{2.2} + П_{2.3} + П_{2.4} + П_{2.5}$$

Оценката на участника по този показател е **28 точки**.

В настоящото заседание Комисията приключи работата си по разглеждане на представените технически предложения на участниците и тяхната оценка по неценовите показатели, като в следващото си заседание Комисията ще отвори ценовите предложения на допуснатите участници, за което ще бъде публикувано съобщение на профила на купувача.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:П.....

ЧЛЕНОВЕ:П.....П.....

.....П.....П.....