

Техническа спецификация

Хлоридометър за нуждите на централна клинична лаборатория

1. Работи с проби с обем 10 микролитра
2. Продължителност на измерването-около 20 сек.
3. Възпроизводимост – CV 1,02% на 100% mmol/L
4. Показване на измерването - 0-999 mmol/L
5. Диапазон на клиничното измерване 10 – 160 mmol/L
6. Резолуция – 1 mmol/L на цялата скала на измерване
7. Интегрирана бъркалка- PTFE цилиндрична бъркалка с магнитно покритие
8. Условия на работната среда – за употреба в закрити помещения, без излагане на пряка слънчева светлина
9. Температура в работното помещение – от 10°C до 3°C
10. Температура при съхранение – от -40°C до 70°C
11. Влажност в работното помещение – 5 -80 %
12. Надморска височина 2000 метра
13. Електрическа напрежение 200-240 V
14. Честота 50-60Hz
15. Мощност - 20W
16. Вградена литиево –йонна акумулаторна батерия