




УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВЕТИ ГЕОРГИ“ ЕАД

4002, Пловдив, бул. „Пещерско шосе“ 66, Централна: +359 32 264 170, Факс: +359 32 644 058

ДО
УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРА,
ОТКРИТА С РЕШЕНИЕ № 775/26.11.2014 г.



УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 29, ал. 1 от Закона за обществени поръчки /ЗОП/, в отговор на постъпило искане за разяснение по обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: «Доставка на пейсмейкъри и електроди за нуждите на УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив», давам следните разяснения:

Въпрос: 1

Съгласно техническата спецификация Обособена позиция №5 е Ресинхронизираща система- CRT-P, CRT-D. предвид това, че позицията е една, системата CRT-P е различна от CRT-D, моля да уточните коя от двете следва да се оферира.

Отговор: 1. Ресинхронизиращата система по Обособена позиция №5 е CRT-P.

Въпрос: 2.

Обособена позиция №6 CD-VR-DR- кардиовертер- дефибрилатор. В случай кое изделие трябва да се оферира- еднокухинен или двукухинен дефибрилатор, тъй като отново позицията е една.

Отговор: 2. При оферирание на медицинските изделия, участниците следва да представят оферти, които биха могли да покрият всички условия заложи в Техническата спецификация Приложение №1, дори когато са заложи опции.

Въпрос: 3.

Съгласно раздел VI. Необходими документи плик №2 т.6. Проспекти, каталози, спецификации от производителя, и други документи, доказващи съответствието на медицинските изделия със техническата спецификация следва да се представят във формата на заверени от участника фотокопия. Предвид отговора ви от 11.12.2014г. на наше запитване останалите документи в плик 2, а именно декларация за съответствие и инструкция за употреба следва да се представени в оригиналния превод на български език. Да считаме ли че, заради плика в който се поставят, проспектите също трябва да са в оригинален превод?

Отговор: 3. Всички документи от офертата, които не са на български език се представят като копие на оригинала и в превод на български език.

На основание чл. 29, ал. 2 от ЗОП, настоящото разяснение да се публикува в профила на купувача.

ПРОФ. Д-Р КАРЕН ДЖАМБАЗОВ Д.М.

Изпълнителен директор на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, гр. Пловдив

