

Техническа спецификация на пациентен монитор

- 1.мониториращ дисплей за визуализация на параметри
2. мин.20 часа запис и преглед на графични и таблични данни на мониторираните параметри
3. Защита при дефибрилация
- 4.Флаш памет, съхранение до 2000 NIBP данни и 78000 данни за SpO2.
5. До 2000 групи. Съхранение на данни от NIBP и SpO2 данни до 48 часа
6. Регулируеми звукови аларми
7. Вградена Li-ion батерия или аналог

Мониторирани параметри:

NIBP:

8. Метод: осцилометрия
9. Режим: Ръчно / Авто / Непрекъснато
10. Диапазон на измерване: диапазон мин.25 – мин.260mmHg
- 11.Резолюция: мин.1mmHg
12. Точност на NIBP: +/- 5mmHg
13. Аларма: SYS / DIA / MAP

SpO2 "

14. Диапазон на измерване: 0% -100%
15. Резолюция: 1%
16. Точност: +/- 2% (70% -100%) 0% -69% неопределено.
17. Обхват на алармата: 0-100%

Пулс:

- Диапазон на измерване: мин.10 – ми. 270mmHg
- Резолюция: мин. 0,8 bpm